平成 29 年 12 月 29 日

各位

会社名　　株式会社メニコン
代表者名　　代表執行役社長　田中　英成
（コード番号：7780　東証・名証第一部）
問合せ先　　執行役　経営統括本部長　太田　章徳
（TEL. 052-935-1646）

コンタクトレンズ用ケア用品一部対象製品における自主回収のお詫びとお知らせ

この度、弊社の子会社である株式会社メニコンネクトが製造しておりますコンタクトレンズ用ケア用品の一部の製品の製造工程に不適合が認められたため、対象製品を自主的に回収させていただきます。

お客様ならびに関係者の皆様には多大なご迷惑をお掛けいたしますこと、深くお詫び申し上げます。

今後はより一層の品質管理の徹底に努めてまいります。

１．対象品目

※平成 29 年 3 月以降に製造された製品のみが対象

【日本国内】

・エピカコールド 70mL
・エピカコールド アクアモア 70mL
・カラコンケア 70mL

※70mL 製品のみが対象であり、その他容量の製品は問題ございません。

【海外】

・Menicon MeniCare Soft
・Menicon SP CARE
・Menicon O2 CARE CLEANING SOLUTION

２．理由

製造ラインの無菌性に関する製造工程検証試験において不適合が認められたため、対象製品を自主的に回収させていただくことと致しました。なお、製品の出荷時における承認規格試験（無菌試験を含む）には適合しております。

３．危惧される健康被害

出荷時における承認規格試験（無菌試験を含む）には適合しているため、健康被害が発生する可能性は極めて低いものと考えます。なお、現在までのところ、健康被害の報告は受けておりません。

４．回収開始年月日

平成 29 年 12 月 29 日

５．お客様からのお問合せ先

株式会社メニコン　お客様センター特設ダイヤル

TEL：0120‐103‐758　（受付時間 10:00～17:00　日曜祝日休業）

（年末年始：12/31、1/1 休業）

６．今後の見通し

本件に関し発生する損害額は現在精査中ですが、今期の業績に与える影響は軽微と見込んでおります。

以上